

Poznań, dn. 09.05.2014 r

EZ/ 350/49/2014/ 597

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/49/2014 na zakup i dostawę materacy szpitalnych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły pytania do podanego w tytule przetargu, tj.:

1. Czy materace mają stanowić podkład pod materace zmiennociśnieniowe?

Odp. NIE.

2. Jaka ma być głębokość nacięć?

Odp. Do połowy wysokości materaca.

3. Czy zostaną podane dokładne wymiary nacięć?

Odp. NIE.

4. Czy Zamawiający dopuści materace o wysokości 120mm.

Odp. Tak.

5. Czy Zamawiający wymaga materaca typu GOFER?

Odp. Dopuszcza.

6. Jeśli nie jest to materac typu GOFER proszę przedstawić graficznie w jaki sposób mają być ponacinane przedmiotowe materace.

Odp. Materac typu GOFER nie wymaga dodatkowych nacięć.

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamiast materaców nacinanych materace typu gofer?

Odp. Tak. Dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materaców posiadających nacięcia jedynie w części zagłówek oraz tułowia?

Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga materaca zgodnie z siwz.

Nam mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje się treść załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia, który został załączony do niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. leczenia

dr n. med. J. Jerzy Mazurek