

Poznań, dnia 28.08.2008

EZ/...../2008

**Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego 90/2008 sprzęt medyczny jednorazowego użytku - sterylne

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie: **Pakiet nr II:**

1.Poz. nr 1 – „Zestaw operacyjny trójwarstwowy do zabiegów laryngologicznych”.

Pyt.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w zestawie serwety do nakrycia stołu instrumentariuszki w rozmiarze 140 cm x 190 cm?

Odpowiedź:

1. Tak, dopuszcza się serwetę do nakrycia stołu instrumentariuszki w rozmiarze 140 cm x 190 cm przy spełnieniu-zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna