

Poznań, dnia 28.08.2008.  
EZ/4998/ 2008

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem  
nieograniczonym nr 90/2008

Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sterylne

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż w pływęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielmy odpowiedzi.

**PYTANIE**

Pytanie dot. Pakietu nr IV: Czy zamawiający dopuści w pakiecie IV cewniki Thorax o wymiarach 20 CH ( zamiast 16 CH), 24 CH, 28 CH, 32 CH ( zamiast 30 CH), 36 CH ( zamiast 32CH), 40 CH( zamiast 34CH) ?

Oferowane przez nas cewniki Thorax wymagane w opisie pakietu posiadają numerację, co 4 CH.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji do wyszczególnionych rozmiarów cewników.

**PYTANIE**

Pytanie dot. Pakietu nr VI : Czy zamawiający dopuści w pakiecie VI :

Igła do trepanobiopsji talerza biodrowego i aspiracji szpiku kostnego, o wymiarach 11G x 10,1cm?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza igłę do trepanobiopsji talerza biodrowego i aspiracji szpiku kostnego o wymiarach 11G x 10,1cm przy spełnieniu pozostałych wymogów siwz.

Z poważaniem,  
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna