

Poznań , dnia 18.09.2014 r.
Ez/350/83/2014/.....1224.....

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego - **Zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego, jednorazowego użytku do biopsji mammotomicznej gruboigłowej wraz z dzierżawą urządzenia do wykonywania biopsji gruboigłowej wspomaganą próżnią. [350/83/2014]**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do wykonywania biopsji mammotomicznej gruboigłowej wspomaganą próżnią, w pełni sprawnego, wyprodukowanego w II połowie 2012 r.

Odpowiedź: **TAK Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.** W związku z tym zmienia się treść w załączniku nr 7 do specyfikacji:

Jest:

Nazwa urządzenia:

TYP urządzenia:

Producent:

Rok produkcji: nie wcześniej niż II połowa 2013 r:

Urządzenie fabrycznie nowe:

Winno być:

Nazwa urządzenia:

TYP urządzenia:

Producent:

Rok produkcji: nie wcześniej niż II połowa 2012 r:

Urządzenie fabrycznie nowe:

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n.med. Józef J. Mazurek